

ESCUELA SUPERIOR DE ENFERMERIA CECILIA GRIERSON

SEDE CABALLITO

CARRERA DE ENFERMERIA (Res. 1436/17)

AÑO 2025

2do. Año, 2º Cuatrimestre TM

ENFERMERIA DEL ADULTO

Glosario Técnico: Alteraciones en la conducción eléctrica

Cardioversión Sincronizada: Descarga eléctrica de corriente directa programada para coincidir con la onda R del complejo QRS. Su fin es evitar la descarga durante el período vulnerable de la repolarización ventricular (onda T). Indicada en pacientes con pulso, pero hemodinámicamente inestables.

Desfibrilación: Administración de corriente continua asincrónica (botón SYNC desactivado) de alta energía para despolarizar simultáneamente el miocardio. Se emplea en situaciones de paro cardíaco sin pulso.

Modo SYNC (Sincronización): Función del desfibrilador que lee el electrocardiograma del paciente para retrasar la descarga y evitar la estimulación en el período de la onda T.

Ablación con Catéter: Procedimiento realizado en laboratorio de electrofisiología donde se utiliza energía de radiofrecuencia para destruir o aislar un foco ectópico.

Mapeo Electrofisiológico: Tecnología informática utilizada antes de la ablación para identificar con precisión el sitio de origen del impulso cardíaco anómalo.

Foco Ectópico: Zona de tejido cardíaco que genera impulsos eléctricos anormales fuera del nódulo sinusal normal.

Marcapasos: Generador de impulsos que administra estímulos eléctricos continuos o a demanda cuando falla el sistema intrínseco de conducción.

Cardiodesfibrilador Implantable (DCI): Dispositivo que actúa como monitor de telemetría interna y sistema de rescate autónomo mediante detección de arritmias con riesgo vital y administración automática de shocks.

Hipo: Signo de emergencia que suele indicar que el cable del dispositivo ha perforado el ventrículo derecho, estimulando directamente el diafragma o el nervio frénico.

Bolsillo del Generador: Zona subcutánea o subfascial (comúnmente en la región subclavia) donde se aloja el generador de impulsos, requiriendo vigilancia por riesgo de sangrado, hematoma o infección.

Protocolo del Pulso: Autocontrol diario del pulso antes de levantarse; se alerta al médico si la frecuencia es 5 o más latidos por minuto menor al parámetro programado.

Tarjeta de Identificación del Dispositivo: Documento obligatorio vitalicio que detalla la marca, modelo, fecha de implante y parámetros de programación del marcapasos o DCI.